

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 001/2022
TIPO: MENOR PREÇO E TÉCNICA

A ASSOCIACAO HOSPITALAR E EDUCACIONAL DE POMERODE, CNPJ nº 85.461.093/0001-04, com sede na Rua Hermann Weege, 2727, município de Pomerode/SC, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar a **COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO – TIPO MENOR PREÇO E TÉCNICA**, no âmbito do **Convênio nº 918977/2021**, celebrado com o Ministério da Saúde, objetivando a Aquisição de Equipamentos Hospitalares.

A presente Cotação Prévia de Preço é regida pelo disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no Decreto nº. 6.170, de 25 de julho de 2007, regulamentado pela Portaria Interministerial nº 424 de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações.

01. OBJETIVO

Aquisição de equipamento e material permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde, conforme Objeto do **Convênio nº 918977/2021**.

02. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

O Hospital e Maternidade Rio do Testo é uma entidade filantrópica mantida pela Associação Hospitalar e Educacional de Pomerode que atende Pronto Socorro e Emergência 24 horas por dia. Somos o único do município, e atendemos a toda população com uma participação de 79% no SUS. Esta proposta visa a aquisição de 01 Aparelho de Anestesia, 01 Foco Cirúrgico de Teto, 01 Computador (Desktop-Avançado), 01 Monitor para Imagens Radiológicas, e 01 Ultrassom para Diagnósticos, novos que serão utilizados para atendimentos a pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS, que necessitem de atendimento de pronto socorro, diagnóstico por imagens e procedimentos cirúrgicos.

03. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

ITEM 03.01 - 01 (UM) APARELHO DE ANESTESIA COMPLETO COM MÓDULO DE AA + MONITOR MULTIPARAMÉTRICO: móvel em polímero ou material compatível resistente ao impacto, com mesa de trabalho para preparo de medicação, e bandeja superior para monitores, com 4 rodízios giratórios e sistema de travamento nos dois frontais, mínimo uma gaveta; permitir acoplamento de até dois vaporizadores calibrados simultaneamente, com sistema de intertravamento entre ambos impedindo a abertura simultânea; permitir visualização de pressão de rede e cilindros reserva. Bivolt 100/240V; bateria de no mínimo 90min de Li-ion. Braço lateral para fixação de monitor multiparamétrico ou suporte para fixação do mesmo. *Rotâmetro de gases:* fluxômetro com escalas para administração de oxigênio e óxido nitroso e ar comprimido; deve possuir dispositivo que impossibilite mistura hipóxica; possuir alarme para falha de fornecimento dos gases. *Monitor:* Monitor integrado ao equipamento com tela de LCD colorida de 8,4 polegadas ou superior, com apresentação de pressão x tempo, volume x tempo e fluxo por tempo, curva de EtCO2 através modulo de CO2 e monitorização de agentes anestésicos. *Ventilador Eletrônico:* deve dispor de ventilador eletrônico, microprocessado controlado por pistão eletrônico ou fole ascendente acionado por O2 ou ar comprimido ou refletor de volume ou turbina; ter capacidade de compensar o volume corrente através de controle direto ou através de teste de complacência do circuito respiratório; dispor de auto-teste inicial ao ligar a máquina sem a necessidade de intervenção do usuário (teste eletrônico), além de possuir testes de pré-utilização a serem realizados pelo usuário; corte no fornecimento de gases do vaporizador quando desligada a chave geral do equipamento; possuir sensores de fluxo embutidos não aparentes; *Deve possuir no mínimo os seguintes modos ventilatórios:* controlado a volume; controlado a pressão; ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV- VCV); ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV- PCV); PSV com backup em apnéia. *Filtro Valvular:* Ser compacto de fácil manuseio, acoplado diretamente no circuito respiratório; possuir canister único para absorção de CO2 de fácil reposição por mecanismo de engate rápido (sem sistema de rosca), sem interrupção da ventilação, canister transparente para visualização interna da cal-sodada e autoclavável; todas as partes que fazem contato com o fluxo que vai ao paciente possibilitam desmontagem pelo operador, de forma prática, rápida e são livres de látex e possibilitando a esterilização em autoclave; possuir sensores de fluxo embutidos, universais para pacientes neonatos, pediátrico e adulto, em mangueiras externas e com possibilidade de utilização de esterilização de alto nível em autoclave; possuir válvulas de alívio de pressão (APL) graduada numericamente e antiassfixia. *Vaporizador:* permitir uso de vaporizadores calibrados, com capacidade total de no mínimo 250 ml de anestésico volátil cada um, e sistema de intertravamento, deve acompanhar vaporizador de sevoflurano; sistema de compensação contra variações de temperatura, fluxo e pressão, mantendo a concentração constante, ao longo da toda a faixa de trabalho; atender a uma faixa de fluxo entre 0.2 l/min a 15l/min. *Análise de gases anestésicos:* módulo de gases anestésicos integrado ao equipamento ou através de modulo externo conectado através de cabo ou não. *Acessórios disponíveis a ser configurado:* circuito respiratório completo adulto autoclavável, corrugado por fora e liso por dentro; balão adulto; mangueira para ar comprimido; mangueira para oxigênio; mangueira para óxido nitroso. *Monitor Multiparamétrico* para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatais com os parâmetros de ECG, respiração, temperatura, PNI, SPO2, pressão invasiva x2; tela de cristal líquido colorida (LCD), de pelo menos 10 polegadas; pelo menos 6 (seis) canais em forma de onda; deve permitir a conexão em rede através de protocolo TCP/IP com conector do tipo RJ 45; funcionamento em rede elétrica 110/220V bivolt automático; alimentação à bateria interna (não modular) de Ions de lítio por no mínimo de 60 minutos; possibilidade de conexão bidirecional com a central de monitoração e integração com o sistema do hospital pelo protocolo HL7, diretamente no monitor ou através da central de monitoração; deve possuir índice de proteção IPX1 ou superior; deve operar com umidade relativa na faixa de 20 a 90%; **DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO:** todos os acessórios necessários para o seu funcionamento: 01 cabo de ECG de 5 vias completo, 01 cabo de conexão para oximetria, 01 sensor de oximetria adulto, 01 sensor oximetria pediátrico, 01 mangueira de PNI, 01 conjunto de manguitos P, M, G e obeso.

ITEM 03.02 – 01 (UM) FOCO CIRÚRGICO DE TETO composto por duas cúpulas com geração de luz através de tecnologia de diodos emissores de luz (Leds). Cada conjunto de braços que está diretamente ligado a uma cúpula deve ser composto por: um braço principal que está conectado diretamente ao teto (movimento na horizontal de 360graus); um braço articulado com molas (movimento mínimos: horizontal de 360graus; vertical: 20graus para cima e 40graus para baixo); um arco duplo (este que está diretamente conectado à cúpula, com movimento mínimo de 270 graus). A luz criada pelos led deve ser fria, circular e homogênea, não produzindo infravermelhos; cada cúpula deve possuir sistema de iluminação ambiente efetiva cuja função é facilitar a visualização ao redor do campo cirúrgico; o movimento dos braços do foco deve ser realizado de maneira suave e com pouco esforço; cada conjunto de braços (incluindo as cúpulas) deve possuir no mínimo 03 articulações que podem ser movimentadas simultaneamente; deverá possuir no mínimo um sistema de controle de iluminação, localizado no foco (arco duplo ou cúpula, acessível para circulante da sala cirúrgica sem comprometimento do campo) e/ou na parede; no mínimo uma das cúpulas deverá possuir 01 alça lateral de posicionamento. Deverá propiciar grande iluminação em profundidade, sem a necessidade de ajuste durante o procedimento cirúrgico, e sem formação de sombras no campo cirúrgico. Vida mínima útil: 40.000 horas. Características da cúpula: número mínimo de 30 LED's por cúpula. Iluminação mínima por cúpula: 120.000 lux. Ajuste mínimo da iluminação: 30 e 100%. Profundidade mínima de iluminação: 100 cm. Índice mínimo de retribuição da cor: 93. Índice de renderização da luz: 95. Temperatura de cor mínima: 4.200 k. Campo de iluminação mínimo a 100 cm de distância: 20 cm. O campo deverá ser circular e homogêneo. Função de iluminação mínima, para uso durante cirurgias por vídeo. Acessórios: 5 manoplas reutilizáveis e autoclaváveis, por cúpula (10 por foco). Observação: todas as medidas da sala a ser instalado o foco deverão ser solicitadas à engenharia da instituição, 02 (dois) dias úteis após homologação do processo. A instalação do foco é de responsabilidade do fornecedor, devendo este informar todas as necessidades estruturais e técnicas para esta instalação, com antecedência mínima de 60 dias antes da entrega e instalação. Fica facultada uma visita técnica ao local de instalação antes do envio da proposta, para verificar o local onde será instalado. Tensão de alimentação elétrica de 220 V - 60 Hz ou bivolt automático. Fornecimento de todos os cabos, conexões, acessórios, etc., indispensáveis ao funcionamento e instalação solicitados; O(s) equipamento(s) deve(m) estar em acordo com a norma técnica NBR IEC 60601.1.

ITEM 03.03 – 01 (UM) MONITOR PARA IMAGENS RADIOLÓGICAS - PAR DE MONITORES PARA IMAGENS MÉDICAS (MAMOGRAFIA) + PLACA DE VÍDEO COMPATÍVEL. Modalidade Mamografia e Tomosynthesis. Monitor DICOM monocromático (escala de cinzas), Painel IPS com tratamento Anti Reflexo, Luz do Backlight de LED. Matriz de resolução de 2048 X 2560 (5MP-mega pixels), Tamanho mínimo de exibição de 21 polegadas, Ângulo de visão de 178º, 178º, no mínimo. Luminância de 2.500 cd/m², no mínimo. Recurso de Uniformidade de luminância em todos os pontos da tela, Estabilização da luminância em no máximo 5 minutos, Nível de contraste de 1700:1, ou superior. Pitch pixel de 0.165 x 0.165mm, ou inferior Tempo de resposta 12ms, ou inferior. Número de escalas de cinza (entrada de LUT/ saída): 1024 níveis de cinza (10/14-bit), no mínimo. Sensores de Calibração automática de luminância e tons de cinza (fotômetro interno e frontal integrados) inclusos, Sensor de Presença: infravermelho que detecta a presença do usuário ligando o monitor e na sua ausência desliga o monitor automaticamente. Sensor de luz ambiente, interface DisplayPort, software que informa perda de calibração de luminância incluso e controle de qualidade remoto, modo de calibração automática de tons de cinza (grayscale) e luminância por tipo de imagem com emissão de relatórios de conformidade, modos de imagem retrato e paisagem automáticos, modo de economia de energia. Garantia de 5 anos. Placa gráfica específica e compatível inclusa. 2 portas USB, Sinal de entrada de vídeo de link duplo DVI-D e DisplayPort; tela de proteção antirreflexo, Cabo USB 2.0, Cabo de vídeo (Link Duplo DVI-D), Cabo Display-Port, Cabo de Força Norma NBR 14136, Equipamento Bi Volt Automático. *Especificações placa gráfica:* Slot PCI Express 3.0 x16, 2GB MEMORIA GPU, no mínimo RESOLUCAO 4K, no mínimo 128-bit, MEMORIA INTERFACE 40W 3 ENTRADAS MINI DISPLAY PORT (SUPORTA DAISY CHAIN).

ITEM 03.04 – 01 (UM) APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA completamente digital, com no mínimo 4.700.000 canais digitais de processamento para ultrassonografia diagnóstica com software geral para aplicações em exames de medicina interna, obstetria/ginecologia, pequenas partes (mama, tireóide, músculo esquelético, etc.), vascular (cerebral, periférico, abdominal); com teclado alfa numérico retroiluminado retrátil ou não. O sistema ergonômico deverá ter ao menos ajuste de altura no console e tela digital “touch screen” de pelo menos 10” (Dez polegadas), para acesso a funções secundárias e facilidade operacional. Monitor colorido de LCD de alta resolução com no mínimo 21” (Vinte e uma polegadas); Totalmente articulável em angulação, rotação e inclinação; Movimentação independente do painel de controle. *Modos de Imagens:* Modo B; Modo BB; Modo M; Modo M em tela inteira; Modo BM; Modo Doppler Colorido; Modo Power Doppler Angio; Modo Power Doppler Direcional; Modo Doppler Pulsado; Modo Triplex (Doppler Color e pulsado simultâneo); Modo Doppler Tecidual (espectral e colorido); HPRF (Alta frequência e repetição de fluxo – Doppler pulsátil); Todos os modos básicos de imagem B, M e Doppler pulsado devem permitir colorização. *Controles de Imagens:* Profundidade de pelo menos 40 cm; TGC/STC com pelo menos 8 potenciômetros deslizantes de ajustes; Realce de bordas; Pré e Pós-processamento; Zoom, tempo real e congelado (central e setorial); Cine: ≥ 4000 quadros para imagem no modo bidimensional; Frame rate ≥ 1000 quadros por segundo; Faixa dinâmica (Dynamic Range) ≥ 210dB; Imagem trapezoidal em tempo real para transdutores lineares; Inclinação independente da imagem modo B, Doppler pulsado e Doppler colorido para o transdutor linear. *Análises necessárias:* O equipamento deverá permitir realização de medidas e anotações em imagens armazenadas; Colorização do modo B, Modo M e Doppler Espectral; Cálculos automáticos e apresentação dos resultados na função Doppler espectral; Dual display (B+BC) em tempo real e simultâneo; Imagem de Segunda Harmônica de Tecido e Inversão de Pulso disponível em todos os transdutores; Software de composição espacial de imagens com feixes entrelaçados com no mínimo 05 linhas de visão e Speckle Reduction; Software para avaliação automática da camada média-intimal da carótida; Harmonização automática de ganho para o modo bidimensional (ganho geral, ganho de profundidade e ganho lateral) através de um botão e ajuste automático do espectro Doppler (escala e linha de base) também através de um botão; Software específico de realce de agulha para realização de procedimentos de biopsia; Software para imagem do tipo estendida ou panorâmica com possibilidade de realizar anotações e medidas nas imagens adquiridas. *Pacote de Medidas:* Pacote de medidas para cardiologia, vascular e obstetria; Modo B: distância, volume, área, circunferência, ângulo, estenose, função do VE; Modo M: tempo, distância, aceleração, frequência cardíaca, função do VE; Modo Doppler: velocidade, tempo, aceleração, frequência cardíaca, Relação Sístole/Diástole, Índice de Resistência, Índice de Pulsatilidade com traçado automático, volume de fluxo, Gradiente de pressão, “Pressure Halt Time”, IR e IP com traço automático. *Armazenamento e Conectividade:* Exportar imagens e vídeos em formato DICOM com visualizador automático (sistema operacional Windows) ou Conversão das imagens DICOM para todos os formatos PC; HD SSD ≥ 500 GB; Gravador CD/DVD, integrado ao equipamento; Impressão direta de imagens para impressora USB; Saída USB para gravação, no mínimo 04; Saídas de vídeo composto, super-vídeo, DVI-D, ethernet, RS232C. *DICOM 3.0:* Media Storage, Verification, Print, Storage, Storage/Commitment, Worklist, Query – Retrieve, MPPS (Modality Performance Procedure Step), Structured Reporting. *Características dos Transdutores:* No mínimo 04 (Quatro) portas ativas para conexão de 04 transdutores universais; Todos os transdutores devem ser aptos a utilizar os modos de imagem B, M, Color Doppler e Doppler Pulsado; Seleção eletrônica de transdutor e seleção de frequência pelo painel de comando abrangendo as faixas indicadas; Transdutor endocavitário eletrônico multifrequencial e banda larga com frequências de 5 a 10 MHz, abertura mínima de 160° com no mínimo 150 elementos (cristais). Acompanhar Guia de Biópsia reutilizável. Transdutor convexo eletrônico multifrequencial e banda larga com frequências de 2 a 6 MHz, abertura mínima de 60°. Transdutor Linear eletrônico multifrequencial e banda larga com frequências de 5 a 18 MHz, com no mínimo 192 elementos (cristais) e área de contato de aproximadamente 50 mm. Transdutor Linear eletrônico multifrequencial e banda larga com frequências de 4 a 11 MHz, com no mínimo 192 elementos (cristais) e área de contato de aproximadamente 50 mm. Bivolt - 127 / 220 VAC. *Acessórios:* Aquecedor de gel acoplado ao sistema; Nobreak bivolt compatível com o equipamento.

ITEM 03.05 – 01 (UM) COMPUTADOR (Desktop-Avançado) que esteja em linha de produção pelo fabricante com processador que possua no mínimo 6 Núcleos, 12 threads e frequência até 4.5 GHz; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 3.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo dedicado DIRECTX 12, OPENGL 4.5, PCIE 3.0, com no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao Microsoft DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos uma digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. 1 disco rígido de 1 TB, com velocidade de 7200 RPM, interface SATA 3. Deverá possuir mais 1 disco rígido SSD de 256Gb PCIe NVMe M.2. Memória RAM de 16 GB ou superior, ddr4, 2666 MHz. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 23 polegadas (1920 x 1080). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.

04. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1 Podem participar da presente cotação prévia, todos os interessados cuja finalidade e ramo de atuação sejam pertinentes ao Objeto definido no **Item 03** deste Edital.

4.2 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, as proponentes que se enquadrarem em uma ou mais das hipóteses a seguir:

- a) Que esteja cumprindo penalidade de Suspensão Temporária para licitar ou contratar imposta pôr órgão/entidade pública ou declarada inidônea por força da Lei de Licitações e suas alterações posteriores;
- b) Esteja atuando sob a forma de consórcios ou grupo de empresas ou com falência decretada;
- c) A assistência técnica não possa comparecer no local para prestar os serviços em até 02 (dois) dias úteis após o chamado através de mensagem eletrônica.

05. DA ENTREGA DA PROPOSTA

5.1 Os interessados deverão enviar proposta assinada pelo representante legal da empresa com a identificação destacada do Número deste Edital e Número do Convênio, em papel timbrado da empresa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo data, nome ou razão social da empresa,

endereço completo, telefone, endereço eletrônico da empresa e da assistência técnica; digitalizada e enviada para o endereço eletrônico licitacao@hmrt.com.br, até as 17h00min do dia 11 de fevereiro de 2022.

5.2 Todos os valores da proposta deverão vir expressos em moeda nacional corrente, inclusive para produtos de procedência externa, e com validade não inferior a sessenta (60) dias.

5.2.1 Exclusivamente para produtos de procedência externa: Adotar-se-á a modalidade DAP (Delivery at Place), entregue no local com todas as despesas pagas, inclusive seguro door-to-door contratado no Brasil.

5.3 A proposta deverá estar acompanhada dos seguintes documentos, em formato digitalizado:

a) Declaração que a empresa não utiliza menores de 18 (dezoito) anos para trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesesseis) anos para qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em conformidade ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo **ANEXO I** deste Edital;

b) Cópia das certidões, com prazo de validade em vigor, que comprovem a boa regularidade da empresa junto aos órgãos públicos, sendo elas: fazendas federal, estadual e municipal, FGTS, INSS, Justiça do Trabalho, Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal e Previdência Social; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certificado de Boas Práticas, Registro na ANVISA;

c) O estatuto social, contrato social ou outro instrumento oficial, registrado na Junta Comercial, ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos os poderes do representante legal para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

d) Prospecto ou cópia do manual do equipamento fornecido pelo fabricante, que possuam especificações técnicas, tal como manual de operação e manual de serviço.

5.4 Os documentos apresentados por proponente brasileira e/ou por proponente estrangeira, se expressos em língua estrangeira, deverão ser traduzidos para a língua portuguesa, inclusive os catálogos técnicos ilustrativos dos equipamentos ofertados.

5.5 A Proposta deverá obedecer rigorosamente às especificações constantes do **Item 03** deste Edital, mas não poderá ser cópia literal deste, pois deverão estar descritas as especificações técnicas do objeto, inclusive marca, modelo e fabricante, sob pena de desclassificação.

06. DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO

6.1 Será lavrada Ata de Julgamento e disponibilizada a todos os participantes via mensagem eletrônica, sendo facultada à Comissão de Licitação da entidade, em qualquer fase da Cotação Prévia de Preço, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

6.2 Será fixado prazo de 48 horas após a publicação e envio da Ata de Julgamento aos participantes via mensagem eletrônica, para manifestação por escrito da decisão proferida.

07. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1 A presente Cotação Prévia de Preço será julgada pelo critério de **MENOR PREÇO E TÉCNICA POR ITEM**, conforme inciso III, § 1º do Art. 45 da Lei das Licitações.

7.1.1 Será observado o laudo técnico do Engenheiro Clínico para validação dos equipamentos ofertados e com base neste laudo a Comissão de Licitação da entidade homologará o processo.

7.2 Serão desclassificadas as propostas que:

a) Não atenderem às exigências deste Edital;

b) Apresentarem preços irrisórios, de valor zero, ou preços excessivos, inexequíveis, ou preços incompatíveis com a realidade mercadológica;

c) Ofereçam vantagens ou alternativas não previstas, de interpretação dúbia ou rasuradas, ou ainda que contrariem no todo ou em parte o presente Edital;

d) Apresente especificação técnica como cópia fiel do Edital; em caso de dúvidas sobre as especificações, valerão as informações contidas no manual registrado na ANVISA.

7.3 Se a proposta de menor valor não for compatível com o laudo descrito no item 7.1.1, ou se o fornecedor não atender às exigências previstas neste documento, a Comissão de Licitação da entidade, examinará a proposta subsequente, verificando a sua compatibilidade e a regularidade do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda às exigências de preço e técnica.

7.4 Se a proposta vencedora estiver acima do valor aprovado no projeto para o referido item, a empresa será consultada, no ato da realização do certame, a reduzir o valor de sua proposta para o valor disponibilizado pelo projeto aprovado. Caso não aceite, a empresa será desclassificada e as demais igualmente consultadas na ordem de classificação.

7.5 Havendo empate entre duas ou mais propostas a classificação será feita por consulta junto às empresas vencedoras através de correspondência eletrônica.

7.6 O resultado da avaliação das propostas e demais esclarecimentos pertinentes ao presente Edital será exclusivamente via mensagem eletrônica através do e-mail licitacao@hmrt.com.br.

08. DAS CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO:

8.1. A proponente vencedora será notificada via mensagem eletrônica para assinar o instrumento contratual do **ANEXO II** deste edital.

8.2 Além das condições estabelecidas neste Edital, as obrigações decorrentes desta Cotação de Preços consubstanciar-se-ão no termo de Contrato do **ANEXO II**.

8.3 A proponente vencedora deverá entregar e instalar por sua conta o(s) material(is) ou equipamento(s) objeto desta Cotação Prévia em até 30 dias contados a partir da assinatura do Contrato, e o período de garantia dos referidos bens e acessórios deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses, contados da data de instalação e aceite pelo Hospital e Maternidade Rio do Teste.

8.4 No caso de equipamento importado, a proposta vencedora deverá entregar o(s) material(is) ou equipamento(s), objeto desta Cotação Prévia, em até 90 dias contados a partir da assinatura do Contrato, e o período de garantia dos referidos bens e acessórios deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses, contados da data de instalação e aceite pelo Hospital e Maternidade Rio do Teste.

8.5 A empresa vencedora deverá oferecer treinamento operacional e técnico.

09. DA FORMA DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1 Os recursos financeiros para execução do objeto deste **Convênio nº 918977/2021**, neste ato fixados em R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), serão alocados de acordo com o cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho, com a seguinte disposição e classificação orçamentária: R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), no corrente exercício, correndo à conta da dotação alocada no orçamento do **CONCEDENTE**, autorizado pela Lei 14.144, de 22 de abril de 2021, UG/Gestão 257001/00001, assegurado pela Nota de Empenho n. 2021NE003351, vinculada ao Programa de Trabalho n. 10.302.5018.8535.0042, PTRES n. 201191, à conta de recursos oriundos do Tesouro Nacional, Fonte de Recursos 6151000000, Natureza da Despesa 44.50.42.

9.2 O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária de Transferência Voluntária via SICONV, à vista no prazo máximo de 10 (dez) dias após a entrega e aceite pelo Hospital, e mediante emissão de documento fiscal;

9.3 Deverão constar na nota fiscal: os dados bancários do Contratado, número do Edital e Convênio;

10. PENALIDADES

10.1 São aplicáveis as sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, bem como as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1 Fica a proponente ciente de que a apresentação da proposta implica a aceitação de todas as condições desta Cotação e do Contrato, não podendo invocar desconhecimento dos termos da Cotação ou das disposições legais aplicáveis à espécie, para furtar-se ao cumprimento de suas obrigações.

11.2 A presente Cotação Prévia de Preço poderá ser anulada ou revogada, sem que tenham as partes direito a qualquer indenização.

11.3 O Edital, contratos e anexos são complementares entre si de forma que qualquer especificação, obrigação, condição ou responsabilidade constante em um ou omitido em outro será considerado válido para todos os fins.

11.4 Para os efeitos deste Edital consideram-se falhas formais aquelas que não afetam o conteúdo essencial do ato praticado, sendo, pois, passíveis de serem sanadas.

11.6 A publicidade do presente Edital será feita através do Portal de Convênios na Plataforma +BRASIL e pelo site www.hmrt.com.br.

11.5 Todos os esclarecimentos e informações necessárias quanto ao processo licitatório até sua homologação, somente serão obtidos e fornecidos através do endereço eletrônico licitacao@hmrt.com.br.

Pomerode/SC, 01 de fevereiro de 2022

LOTAR HANSEN

Presidente

ANEXO I

DECLARAÇÃO SOBRE TRABALHO DE MENORES

(Empresa)....., inscrita no CNPJ nº....., sediada a por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade nº..... e do CPF nº....., DECLARA, nos termos da lei, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de quatorze anos e não emprega menor de dezesseis anos, que não na condição de aprendiz, conforme disposto no inciso XXXIII, art.7º, da Constituição Federal do Brasil.

(local/data)

(assinatura representante legal)

ANEXO II

MINUTA CONTRATO Nº ____ /2022 COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 001/2022

Pelo presente instrumento, firmado de um lado pela **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR E EDUCACIONAL DE POMERODE**, situado na Rua Hermann Weege nº 2727, em Pomerode/SC, com CNPJ nº 85.461.093/0001-04, neste ato representada por sua representante legal, Sr. **LOTAR HANSEN**, CPF nº _____, simplesmente aqui denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa _____, com CNPJ nº _____ e Inscrição Estadual nº _____, estabelecida na Rua _____, na cidade de _____, UF _____, neste ato representada pelo(a) seu responsável Sr.(a) _____, CPF nº _____, simplesmente denominada **CONTRATADA**, fica justo e acertado o presente instrumento, na forma e termos que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a aquisição de: (*descrição material ou equipamento*), novo, sem uso, para a **Associação Hospitalar e Educacional de Pomerode** nas quantidades e conforme especificações constantes no Edital de Cotação Prévia de Preço nº 001/2022 e a seguir descritos:

Especificação	Marca	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO, CONDIÇÕES, LOCAL DE ENTREGA E INSTALAÇÃO DOS BENS

O objeto deste Contrato deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias corridos, contados da assinatura do presente Contrato.

Parágrafo Primeiro: A entrega dos objetos deste Contrato deverá ser feita no **HOSPITAL e MATERNIDADE RIO DO TESTO**, sito à Rua Hermann Weege nº 2727, bairro Centro, na cidade de Pomerode/SC de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 17h00min, correndo por conta da **CONTRATADA** as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes do fornecimento.

Parágrafo Segundo: No caso de equipamento importado, a entrega deverá ser em até 90 (noventa) dias contados a partir da data de assinatura do Contrato, e apresentação dos seguintes documentos:

- Fatura Comercial;
- Conhecimento Marítimo ou Aéreo;
- Laudo de Inspeção de Embarque e/ou lista de embarque;
- Documento de Liberação/Aprovação na ANVISA.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

O objeto do presente Contrato não será recebido caso esteja com qualquer tipo de danificação ou com embalagem violada.

Parágrafo Único: Constatadas irregularidades na entrega do objeto deste Contrato, o **CONTRATANTE** poderá:

- a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
- b) Na hipótese de substituição, a **CONTRATADA** deverá fazê-la em conformidade com a indicação de prazo pelo **CONTRATANTE**, mantido o preço inicialmente contratado;
- c) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
- d) Na hipótese de complementação, a **CONTRATADA** deverá fazê-la em conformidade com a indicação de prazo pelo **CONTRATANTE**, mantido o preço inicialmente contratado.

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento relativo à aquisição do equipamento será efetuado, à vista no prazo máximo de 10 (dez) dias após a entrega do equipamento ou, em caso de equipamento importado, o pagamento será via banco negociador, convertendo o valor apresentado na proposta vencedora pela taxa de câmbio do dia do pagamento (BACEN), mediante apresentação de Fatura Comercial – **PROFORMA INVOICE**.

Parágrafo Único: Exclusivamente para equipamentos de procedência interna, o pagamento será feito mediante transferência online na conta corrente em nome da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

O valor do presente Contrato é de R\$ _____ (por extenso) provenientes dos recursos do Ministério da Saúde – FNS **Convênio nº 918977/2021**.

Parágrafo Único: O valor estipulado nesta cláusula permanecerá fixo e irrevogável.

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

Não será exigida da **CONTRATADA**, prestação de garantia, prevista no artigo 56 da lei federal n.º 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO PRODUTO

A **CONTRATADA** obriga-se a fornecer o objeto deste Contrato:

- a) Garantia técnica para o equipamento e acessórios de no mínimo 12 (doze) meses, observando o prazo maior oferecido pelo fabricante no mercado, a contar da instalação por conta do fornecedor e aceite do equipamento pelo Hospital;
- b) Prestar assistência técnica por (*nome da empresa, responsável, endereço, telefone, endereço eletrônico*). O impedimento ou recusa da assistência técnica indicada, caso não seja a própria contratada, não exime a responsabilidade da **CONTRATADA** na execução das ações correspondentes;
- c) Garantir os equipamentos e acessórios fornecidos por no mínimo 12 meses para todos os componentes que o integram, sem qualquer ônus para a **CONTRATANTE**, contado a partir do aceite definitivo ou da efetiva instalação do equipamento, o que se der por último;
- d) A assistência técnica deverá ser realizada onde forem instalados os equipamentos e incluem-se nesta atividade, a limpeza; lubrificação; ajustes; regulagem; acertos; testes e outros necessários, bem como verificar a instalação física dos equipamentos, corrigindo-os se necessário;
- e) Se houver necessidade de retirar o equipamento para manutenção, todas as despesas correrão por conta da **CONTRATADA**, bem como sua reinstalação no mesmo local em que foi retirado, com seu teste de funcionamento, na presença de representante da **CONTRATANTE**;
- f) O técnico deverá comparecer para prestar assistência técnica em até 02 (dois) dias úteis após o chamado;
- g) O não cumprimento das obrigações assumidas ou seu cumprimento parcial podem acarretar as penalidades previstas no Contrato;
- h) Ficará a **CONTRATADA** responsável por vícios e/ou defeitos de fabricação ou desgaste anormal dos equipamentos e peças, obrigando-se a reparar o dano e substituir as peças que se fizerem necessárias sem ônus à **CONTRATANTE**;
- i) Executar os serviços zelando pelas normativas de segurança;
- j) Orientar, exigir e fazer cumprir as normas trabalhistas em geral, as de segurança, fornecendo os correspondentes EPI's, higiene e medicina do trabalho de seus empregados ou prepostos na forma das exigências impostas pelas leis trabalhistas, bem como aquelas oriundas de convenções coletivas da categoria, visando essencialmente segurança dos trabalhadores e a prevenção de acidentes e, ainda para evitar autuações desnecessárias por parte do Ministério do Trabalho e Sindicato da Categoria, assumindo inteira responsabilidade quanto ao não cumprimento destas obrigações, a que der causa por sua culpa;
- k) Realizar treinamento técnico e operacional com os funcionários responsáveis pelo uso do equipamento designados pelo Hospital;
- l) Concluído os procedimentos de manutenção, a **CONTRATADA** deverá deixar os locais nos quais tenham prestados os serviços, em perfeita ordem e limpeza, destinando e removendo adequadamente os entulhos.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Além das obrigações constantes em cláusulas próprias deste Contrato, do Edital de Cotação Prévia de Preços Nº 001/2022 – Tipo Menor Preço e Técnica cabe à **CONTRATADA**:

- a) Zelar pela fiel execução deste Contrato;
- b) Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com a execução do Contrato, tais como transporte, frete, carga e descarga etc.;
- c) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada no preâmbulo deste termo;
- d) Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente à **CONTRATANTE** ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização do **CONTRATANTE** em seu acompanhamento;
- e) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes da execução deste Contrato, nos termos do artigo 71 da Lei Federal n.º 8.666/93;
- f) Atender prontamente qualquer reclamação, exigência, ou observação realizadas pela **CONTRATANTE**;
- g) A **CONTRATADA** obriga-se a substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os bens ou equipamentos que apresentarem qualquer irregularidade.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

Sem prejuízo do integral do cumprimento de todas as obrigações decorrentes das disposições deste Contrato, cabe ao **CONTRATANTE**:

- a) Prestar à **CONTRATADA** as informações e esclarecimentos necessários que eventualmente venham a ser solicitados;
- b) Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste Contrato.

CLAÚSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO CONTRATANTE

Este Contrato poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as consequências previstas no Artigo 77 a 80, e 86 a 88, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Parágrafo Único: A **CONTRATADA** declara reconhecer os direitos do **CONTRATANTE** nos casos de rescisão administrativa, prevista no artigo 79 da Lei Federal n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos o licitante, que praticar quaisquer atos previstos no Artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

Se a **CONTRATADA** inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita às sanções previstas nos artigos 86 e 87, da Lei Federal nº 8.666/93, no que couber, sendo:

- a) Multa de 10% a 30% sobre o valor dos materiais não entregues ou da obrigação não cumprida;
- b) Atraso injustificado de até 30 dias – multa de 0,2% ao dia; e atraso injustificado acima de 30 dias – multa de 0,4% ao dia.

As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

A **CONTRATADA** não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O Contrato terá vigência a partir de assinatura deste instrumento com validade até o término da garantia estipulada, de acordo com a data de aceite pelo Hospital, ficando a **CONTRATADA** obrigada à prestação de assistência técnica no prazo da garantia dos bens e acessórios.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Consideram-se partes integrantes do presente Contrato, como se nele estiverem transcritos:

- a) O Edital de Cotação Prévia de Preços – Tipo Menor Preço;
- b) A proposta apresentada pela **CONTRATADA**.

De acordo com o Termo de **Convênio nº 918977/2021**, celebrado em 01/12/2021 entre a União Federal, por intermédio do Ministério da Saúde, e Associação Hospitalar e Educacional de Pomerode, fica estabelecido que nos Contratos celebrados para execução do Convênio, é de livre acesso de servidores do Ministério da Saúde, e do Hospital e Maternidade Rio do Teste, bem como dos órgãos integrantes dos Sistemas de Controle Interno e Externo ao qual estejam subordinados, aos documentos contábeis das empresas contratadas, no que concerne à execução dos serviços vinculados a contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Cidade de Pomerode/SC.

E assim, por estarem as partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes para que produza todos os efeitos de direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas.

Pomerode/SC, _____ de _____ de 2022.

Contratante:

Nome:

CPF:

Contratada

Nome:

CPF:

Testemunha Nome:

Nome:

CPF:

Testemunha Nome:

CPF: