



SRM – Engenharia Clínica Projeto – Consultoria – Assessoria

Florianópolis, 04 de março de 2026.

Ao Hospital e Maternidade Rio do Testo A/C Comissão de licitação

Ref: Parecer técnico edital 02/2026.

Prezados,
Conforme solicitado, segue parecer técnico referente edital 02/2026.
Camas elétricas:

A proposta de menor valor foi da empresa Medicalway e não atende às especificações técnicas do edital: elevação mínima e máxima, ângulos do dorso, acabamento da base em termoplástico, extensor de leito com colchão para preenchimento, etc.

O segundo menor preço foi da empresa MetaHospitalar e atende às especificações técnicas do edital.

Colocamo-nos a disposição no caso de eventuais dúvidas que venham a surgir.

Atenciosamente,

Eng. Hariton Pereira Sato
CREA SC 57.381-0
SRM Engenharia LTDA

