



SRM – Engenharia Clínica Projeto – Consultoria – Assessoria

Florianópolis, 15 de dezembro de 2025.

Ao Hospital e Maternidade Rio do Testo A/C Comissão de licitação

Ref: Parecer técnico edital CP 03/2025.

Prezados,

Conforme solicitado, segue parecer técnico referente edital CP 03/2025.

Aparelho de anestesia com monitor: A proposta de menor valor foi da empresa SC Medical e não atende ao edital em diversos itens, como por exemplo:

- Possui apenas 2 gavetas, solicitado três no mínimo.
- Possui célula de O2 galvânica, quando o solicitado foi O2 monitorado no módulo de agentes anestésicos.
- Não informa braço lateral para suporte do monitor

A segunda proposta de menor valor foi da empresa Medicalway e atende às especificações técnicas do edital.

Colocamo-nos à disposição no caso de eventuais dúvidas que venham a surgir.

Atenciosamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hariton Pereira Sato'.

Eng. Hariton Pereira Sato
CREA SC 57.381-0
SRM Engenharia LTDA