



SRM – Engenharia Clínica Projeto – Consultoria – Assessoria

Florianópolis, 15 de dezembro de 2025.

Ao Hospital e Maternidade Rio do Testo A/C Comissão de licitação

Ref: Parecer técnico edital CP 07/2025.

Prezados,

Conforme solicitado, segue parecer técnico referente edital CP 07/2025.

Cama Hospitalar Elétrica :

A proposta de menor valor foi da empresa DESEMATEC, e não atende ao edital:

- Empresa informa na proposta um projeto que não é o objeto deste edital: **ATRAVÉS DE RECURSOS DO PROJETO AVANCAS DO GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL CONVENIO N° FPE_2440_2025 E PROA No 25200000677166.**
- Possui controle dos movimentos realizados por MEMBRANA, quando o pedido no edital é através de micro chave coberto por etiqueta de policarbonato
- Estrutura de tubos de 70 x 30 x 1,5mm, quando o mínimo requisitado foi de 50 x 30 x 2,0mm. (espessura menor que a especificada)
- Não informa tecla de CPR – retorno para posição de massagem cardíaca
- Largura total de 1100mm, especificado 1090mm

A proposta seguinte de menor preço é da empresa MetaHospitalar e atende ao edital.

Colocamo-nos à disposição no caso de eventuais dúvidas que venham a surgir.

Atenciosamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hariton Sato', is placed over a light gray rectangular background.

Eng. Hariton Pereira Sato
CREA SC 57.381-0
SRM Engenharia LTDA