

## SRM – Engenharia Clínica Projeto – Consultoria – Assessoria

---

Florianópolis, 22 de janeiro de 2026.

### **Ao Hospital e Maternidade Rio do Testo A/C Comissão de licitação**

Ref: Parecer técnico edital CP 06/2026.

Prezados,  
Conforme solicitado, segue parecer técnico referente edital CP 06/2026.

#### **Reprocessadora de endoscópios Flexíveis :**

A proposta de menor valor foi da empresa Ecolab e não atende ao edital:

- Tela de 7 polegadas, solicitado de 15 polegadas ou superior
- Solicitado sistema de irrigação para até 8 canais, o equipamento ofertado tem 04 canais.
- Solicitado software de gerenciamento dos ciclos, não foi informado na proposta, apenas via pen drive.

O segundo menor preço foi da empresa Sanevitta e não atende ao edital (é o mesmo equipamento que foi ofertado pela primeira empresa)

O terceiro menor preço foi da empresa Steris e atende ao que foi solicitado no edital.

Colocamo-nos a disposição no caso de eventuais dúvidas que venham a surgir.

Atenciosamente,



---

Eng. Hariton Pereira Sato  
CREA SC 57.381-0  
SRM Engenharia LTDA