

SRM – Engenharia Clínica Projeto – Consultoria – Assessoria

Florianópolis, 04 de março de 2026.

Ao Hospital e Maternidade Rio do Testo A/C Comissão de licitação

Ref: Parecer técnico edital 05/2026.

Prezados,
Conforme solicitado, segue parecer técnico referente edital 05/2026.

Ventilador Pulmonar:


A proposta de menor valor foi da empresa Leistung e não atende às especificações técnicas do edital: não informa peso máximo sem carrinho (apenas com pedestal, que é superior ao pedido no edital) e não possui nenhum dos softwares / modos ventilatórios avançados de desmame solicitados no edital.

A segunda proposta de menor valor foi da empresa Intermed e não atende às especificações técnicas do edital: não informa possibilidade de angulação da tela, não possui nenhum dos softwares / modos ventilatórios avançados de desmame solicitados no edital.

A terceira proposta de menor preço foi da empresa Medicalway e atende às especificações técnicas do edital.

Colocamo-nos a disposição no caso de eventuais dúvidas que venham a surgir.

Atenciosamente,



Eng. Hariton Pereira Sato
CREA SC 57.381-0
SRM Engenharia LTDA