



SRM – Engenharia Clínica
Projeto – Consultoria – Assessoria

Florianópolis, 04 de março de 2026.

Ao Hospital e Maternidade Rio do Testo
A/C Comissão de licitação

Ref: Parecer técnico edital 01/2026.

Prezados,
Conforme solicitado, segue parecer técnico referente edital 01/2026.

Aparelho de anestesia com monitor:

A proposta de menor valor foi da empresa JPL e não atende às especificações técnicas do edital: não possui qualquer informação técnica do equipamento em questão, além do aparelho de anestesia e monitor serem de marcas diferentes.

O segundo menor preço foi da empresa Medicalway e atende às especificações técnicas do edital.

Colocamo-nos a disposição no caso de eventuais dúvidas que venham a surgir.

Atenciosamente,

Eng. Hariton Pereira Sato
CREA SC 57.381-0
SRM Engenharia LTDA

