

SRM – Engenharia Clínica Projeto – Consultoria – Assessoria

Florianópolis, 22 de janeiro de 2026.

Ao Hospital e Maternidade Rio do Testo A/C Comissão de licitação

Ref: Parecer técnico edital CP 04/2025.

Prezados,
Conforme solicitado, segue parecer técnico referente edital CP 04/2025.

Mesa Cirúrgica :

A proposta de menor valor foi da empresa Londrimed e não atende ao edital, pois a proposta não oferece informações técnicas do produto proposto e sim uma cópia literal das especificações técnicas do edital.

A segunda proposta de menor valor foi da empresa Medifrr e não atende às especificações técnicas do edital, pois a proposta não oferece informações técnicas do produto proposto e sim uma cópia literal das especificações técnicas do edital.

A terceira proposta de menor valor foi da empresa OQTIS, que a princípio atende às especificações do edital. Porém, o manual de usuário registrado na ANVISA é da família de mesas da empresa, e não do modelo específico, o que impede de ter certeza se todos os pontos do modelo proposto atendem ao edital.

Foi então solicitado amostra da mesa cirúrgica para conferência técnica e da equipe de enfermagem / cirurgia / anestesia para validação ou não do equipamento.

A amostra foi avaliada e testada pelas equipes multidisciplinares no dia 29/12/2025

Após a mesa ser demonstrada pela fabricante, foi detectado que a versão da mesa não possui o movimento renal solicitado no edital. A empresa informou a possibilidade de fornecer o movimento como acessório ou com o movimento incorporado na mesa, o que foi negado pela equipe clínica / assistencial. Desta forma, o equipamento foi desclassificado pela equipe clínica / assistencial do Hospital. Equipe alega que o movimento já deveria estar na mesa avaliada.

A quarta proposta de menor valor foi da empresa SCMedical e não atende às especificações técnicas do edital: capacidade de peso de 200kg (solicitado 220kg no mínimo); altura mínima do solo de 730mm (solicitado 720mm ou inferior), tilt lateral de +- 20 graus (solicitado 25 no mínimo), entre outros pontos.

SRM – Engenharia Clínica Projeto – Consultoria – Assessoria

A quinta proposta de menor valor foi da empresa Medicalway e atende às especificações técnicas.

Colocamo-nos a disposição no caso de eventuais dúvidas que venham a surgir.

Atenciosamente,



Eng. Hariton Pereira Sato
CREA SC 57.381-0
SRM Engenharia LTDA