



SRM – Engenharia Clínica Projeto – Consultoria – Assessoria

Florianópolis, 15 de dezembro de 2025.

Ao Hospital e Maternidade Rio do Testo A/C Comissão de licitação

Ref: Parecer técnico edital CP 04/2025.

Prezados,

Conforme solicitado, segue parecer técnico referente edital CP 04/2025.

Mesa Cirúrgica :

A proposta de menor valor foi da empresa Londrimed e não atende ao edital, pois a proposta não oferece informações técnicas do produto proposto e sim uma cópia literal das especificações técnicas do edital.

A segunda proposta de menor valor foi da empresa Medifrr e não atende às especificações técnicas do edital, pois a proposta não oferece informações técnicas do produto proposto e sim uma cópia literal das especificações técnicas do edital.

A terceira proposta de menor valor foi da empresa OQTIS, que a princípio atende às especificações do edital. Porém, o manual de usuário registrado na ANVISA é da família de mesas da empresa, e não do modelo específico, o que impede de ter certeza se todos os pontos do modelo proposto atendem ao edital.

Foi então solicitado amostra da mesa cirúrgica para conferência técnica e da equipe de enfermagem / cirurgia / anestesia para validação ou não do equipamento

A amostra será avaliada e testada pelas equipes multidisciplinares no dia 29/12/2025

Colocamo-nos a disposição no caso de eventuais dúvidas que venham a surgir.

Atenciosamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hariton Sato'.

Eng. Hariton Pereira Sato
CREA SC 57.381-0
SRM Engenharia LTDA