

SRM – Engenharia Clínica Projeto – Consultoria – Assessoria

Florianópolis, 04 de março de 2026.

Ao Hospital e Maternidade Rio do Testo A/C Comissão de licitação

Ref: Parecer técnico edital 03/2026.

Prezados,
Conforme solicitado, segue parecer técnico referente edital 03/2026.

Mesa cirúrgica + kit de ortopedia:


A proposta de menor valor foi da empresa Londrimedi e não atende às especificações técnicas do edital: cópia literal das especificações solicitadas no edital ao invés das especificações técnicas do equipamento.

A segunda proposta de menor valor foi da empresa SALK e não atende às especificações técnicas do edital: movimento de cabeceira, movimento de dorso, perneira, trendelemburg, entre outros.

A terceira proposta de menor preço foi da empresa Medicalway e atende às especificações técnicas do edital.

Colocamo-nos a disposição no caso de eventuais dúvidas que venham a surgir.

Atenciosamente,



Eng. Hariton Pereira Sato
CREA SC 57.381-0
SRM Engenharia LTDA