

Florianópolis, 15 de dezembro de 2025.

**Ao Hospital e Maternidade Rio do Testo
A/C Comissão de licitação**

Ref: Parecer técnico edital CP 06/2025.

Prezados,

Conforme solicitado, segue parecer técnico referente edital CP 06/2025.

Lavadora de endoscópio :

A proposta de menor valor foi da empresa Sanevitta e não atende ao edital:

- Cuba de 12l, solicitado cuba de 15 litros ou superior
- Tela de 7 polegadas, solicitado de 15 polegadas ou superior, entre outros pontos que não atendem ao edital.

Não existem outras propostas, necessitando ser declarado como sem vencedor e abrir novamente o edital.

Colocamo-nos a disposição no caso de eventuais dúvidas que venham a surgir.

Atenciosamente,



Eng. Hariton Pereira Sato
CREA SC 57.381-0
SRM Engenharia LTDA